

検査日 2014年5月20日

検査No. 4519-1000-01

南柏幼稚園 様

Becquere/Center

株式会社ベクレルセンター

〒277-0023千葉県柏市中央1-2-25

TEL 04-7189-7406 FAX 050-3489-7421



放射能検査報告書

サンプル	4519-1000-01 大根		
前処理	文部科学省「緊急時におけるガンマ線スペクトロメリーのための試料前処理法」(食品時)		
測定法	厚生労働省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(食品時)		
検査官	文部科学省放射線取扱主任者		
測定結果	Cs134+Cs137 不検出	検出限界	5.166Bq/kg
サンプル容量	85.71%(測定容器420ml)	サンプル重量	0.3600Kg
測定器	ベルトールドLB2045	測定時間	1801秒
γ線スペクトル	<p>※明確なセシウムのピークは確認できませんでした</p>		

Machine or Sample Name	daikon	Start Time	2014-05-20 10:41:07
Program Version	2.20	Temperature(°C)	24.0
Cs ROI(keV)	450 - 850	Cs Calibration Factor	57.31
K40 ROI(keV)	1380 - 1580	Spillover Factor(Cs/K40)	1.190
Background MeasTime(sec)	36001	Cs Background(cps)	0.6442

検査官

※報告書ガイド: <http://bq-center.com/kensa/doc/houkokusyo-guide-2.pdf>